

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

Amely létrejött egyrészről az

Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet

székhely: 9400 Sopron, Győri út 15.

adószám: 15367716-2-08

pénzforgalmi jelzőszám: 10033001-00324254-00000000

képviselő: dr. Molnár Ágnes főigazgató

mint **Megrendelő**

másrészről a

SYNTHESES Medical Kereskedelmi és Szolgáltató Kft

székhely: 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14., V. emelet

adószám: 12559219-2-41

bankszámlaszám: 16300000-04007332-90006404

képviselő: Dr. Kassai Zoltán

mint **Szállító**

(továbbiakban együtt: Felek) között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

1) Preambulum

A Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 122. § (7) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek fennállása alapján hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indított a „**Különbéle ortopéd traumatológiai implantátumok beszerzése a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet részére szállítási szerződés keretében**” tárgyban, jelen szerződés megkötése céljából. Az eljárás ajánlattételi felhívása és dokumentációja, valamint a megajánlott termékek műszaki specifikációja – esetleges módosításokkal együtt – jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

A Megrendelő a közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, egymással összevetette és az ajánlattevőket a döntéséről az elbírálást követően, **2013. november hó 15. napján** megküldött összegezésben tájékoztatta. A Megrendelő közbeszerzési eljárást lezáró döntése szerint a benyújtott ajánlatok alapján, valamint a közbeszerzési eljárás során tartott tárgyaláson a nyertes Szállító adta a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást tartalmazó **2. részre a** részajánlatot, így a Szállító szerzett jogot arra, hogy a jelen szerződést megkösse. A Szállítónak a közbeszerzési eljárásban benyújtott és nyertes ajánlata jelen Szerződés **3. számú mellékletét** képezi.

2) A Szerződés tárgya és időtartama

A Megrendelő megrendeli, a Szállító pedig leszállítja és leltár szerint átadja **2013. december hó 21. napjára** a közbeszerzési eljárást tárgyát képező, különbéle traumatológiai implantátumokat annak valamennyi tartozékával együtt - a **3.a. számú mellékletben rögzített minőségben, kizserelésben és választékban, valamint a termék típusonkénti árban és mennyiségben** - a Megrendelő konszignációs raktárába (9400

Sopron, Győri út 15.), ahol a Szállító képviselőjének közreműködésével a gyógyászati termékeket azok tartozékaival együtt, jegyzőkönyv alapján veszi át.

A traumatológiai implantátumokat a Megrendelő csak saját céljára és saját intézményeiben használhatja fel.

A Szállító biztosítja a konszignációs raktár folyamatos feltöltését a 3. pontban leírtak alapján, legfeljebb azonban a 3.a.számú mellékletben meghatározott, megrendelt szerződéses mennyiség erejéig.

A Megrendelő ezen szerződés aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a konszignációs raktárba szállított árut átveszi, valamint a konszignációs raktárból kivett áru ellenértékét megfizeti.

A kezdő konszignációs raktárkészlet a szerződéses mennyiség 1/12-ed részét jelenti. Azon termék tételek esetében, amelyeknél a 12 havi mennyiség kevesebb, mint 12 darab, a kezdőkészlet 2 darab, valamint 1 darab 12 havi mennyiségnél 1 darab.

Az induló kezdőkészlet közös megegyezéssel módosítható.

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződést határozott időtartamra kötik, jelen szerződés aláírásának napja megegyezik a szerződéskötés napjával.

3) A teljesítés helye, ideje és módja

A teljesítés helye: Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet
9400 Sopron, Győri út 15.

A teljesítés véghatárideje:

A szerződéskötéstől számított 12 naptári hónap.

A teljesítés módja és a szállítási feltételek:

A Szállító a traumatológiai implantátumokat a Megrendelő által kijelölt helyre és előzetesen, kölcsönösen egyeztetett időpontban, költségmentesen szállítja le. A Szállító, a traumatológiai implantátumok konszignációs készletét a Megrendelő által kijelölt helyen, kölcsönösen egyeztetett időpontban, és módon, költségmentesen pótolja, a Megrendelőnél kihelyezett konszignációs készleteinek fogyása alapján.

A Szállítónak a jelen szerződés tárgyát képező ortopédiai traumatológiai implantátumokhoz mellékelnie kell a megfelelő szállítási okmányokat, valamint az orvostechikai eszközökről szóló 4/2009. (III.17.) EüM rendelet által meghatározott minőségi tanúsítványok egy példányát, továbbá csatolnia kell a CE tanúsítvány másolata mellett a gyártói megfelelőségi nyilatkozatot és a magyar nyelvű használati útmutatót.

A szállítás akkor történik meg szerződésszerűen, ha a Szállító, vagy az általa igénybe vett fuvarozó a szállítmányokat a Megrendelő telephelyén csomagolási egységenként átszámolva, mennyiségileg, szabályszerűen átadta az átvételre jogosult személynek. A szállítás a Szállító kockázatára történik.

A konszignációs raktárban elhelyezett termék tulajdonjoga a Szállítót illeti meg.

Megrendelő biztosítja a különféle ortopédiai traumatológiai implantátumok szakszerű és biztonságos tárolásának lehetőségét.

A különféle ortopédiai traumatológiai implantátumok elvesztéséből vagy megrongálódásából, illetve bármely más okból eredő kárveszély a Szállítóról a Megrendelőre az átadás-átvételkor felvett jegyzőkönyv aláírásával száll át.

A Megrendelő az általa kezelt konszignációs raktárból igény szerint bármikor kivételezheti és felhasználhatja a szükséges termékeket. A termék tulajdonjoga a raktárból történő kivételezéskor kerül át a Megrendelő tulajdonába. A Megrendelő a raktárkészletről, valamint a kivételezett termékekről folyamatos nyilvántartást vezet, amely egyik alapja a Szállító által kibocsátott számla ellenőrzésének. A Megrendelő köteles a felhasználás napját követő munkanapon lejelentést készíteni a Szállító részére, amely tartalmazza a felhasznált termék mennyiségét, és jellemző paramétereit.

A Szállító a lejelentést követően jogosult a konszignációs raktárból kivételezett termék ellenértékéről szóló számla kiállítására, amelynek az alapja, az 3.a. számú mellékletben rögzített termékenkénti nettó egységár.

A Szállító, a készletek visszapótlására maximum 2 munkanap kötelezettséget vállal.

Amennyiben a Megrendelőnek valamely termék esetében a kezdőkészletben rögzített mennyiségnél sürgősen többre van szüksége, jogosult eseti megrendelést küldeni a Szállítónak a szerződéses mennyiség terhére. A Szállító köteles 2 munkanapon belül leszállítani a terméket a konszignációs raktárba.

A Szállító a konszignációs raktár feltöltésére, illetve kiegészítésére munkanapokon 8.00 órától 13.00 óráig jogosult.

4) Díj, fizetési feltételek

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés tárgyát képező különféle ortopédiai traumatológiai implantátumok ellenértéke a konszignációs raktárból kivételezett, valamint az eseti megrendeléssel leszállított termékekről a lejelentést követő elszámolás, amelynek az alapja, a szerződés **3.a. számú mellékletében szereplő nyertes ajánlat részletes nettó termék egységára**, amelyben benne foglaltatik a termékek leszállításának költsége a Megrendelő konszignációs raktárába.

A díj tartalmazza a Szállító teljesítés során felmerülő valamennyi költségét. Szerződő felek rögzítik, hogy az ellenérték valutaneme a magyar forint (HUF).

A jelen szerződésben rögzített bruttó ellenérték egy jövőbeni (pl.: a jelen szerződés aláírásakor már bejelentett, de még nem hatályos) ÁFA-emelés esetén sem módosítható. Szállító mindezek tényét kifejezetten tudomásul veszi, és jelen szerződés aláírásával kijelenti, hogy a fentiekben megjelölt ellenérték kialakítása során figyelemmel volt ezen tényre.

A Szállító díja utólagos számszaki észrevételekre történő hivatkozással nem módosítható. A Megrendelő további díj fizetésére jelen Szerződés alapján nem köteles, a Szállító további költségek megtérítését semmilyen jogcímen nem követelheti.

A számlákat a Szállító kettő példányban nyújtja be a Megrendelő felé.

Megrendelő előleget nem fizet és előlegszámlát nem fogad el. A számla kiegyenlítésére a Ptk.292/B.§ (1)-(2) bekezdésében meghatározottak figyelembe vételével kerül sor. A Szállító a Megrendelő által kiállított Teljesítési igazolás birtokában jogosult a teljesítést követő hónap 30. napjáig a teljesítés vonatkozásában a számla kiállítására.

A fizetési határidő: Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 130. § és a Ptk. 292/B. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.

A Megrendelő az ellenszolgáltatás összegét a Szállító részéről kiállított számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, a Ptk.292/B.§ (1)-(2) bekezdése figyelembe vételével átutalással egyenlíti ki Szállító bankszámlájára.

Amennyiben a számla, vagy a számlával együtt benyújtandó dokumentumok hiányosan vagy nem a megfelelő tartalommal kerülnek kiállításra, a Megrendelő a hiányosság észlelésekor haladéktalanul – legkésőbb a számla Megrendelő általi kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül – tájékoztatja a Szállítót, aki haladéktalanul köteles intézkedni a számla vagy a számlával benyújtandó dokumentumok kijavítása érdekében.

A Szállító tudomásul veszi, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 36/A. § rendelkezéseit mind a Szállító, mind a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók esetében alkalmazni kell. Ennek megfelelően a havonta nettó módon számított 200.000,- (kettőszázezer) forintot meghaladó kifizetésnél Megrendelő abban az esetben fizethet, ha a Szállító bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 (harminc) napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy a Szállító a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban.

Szállító vállalja, hogy nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Szállító adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Szállító vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számlájára megismerhetővé teszi és a Kbt. 125. § (5) bekezdése szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti (Kbt. 125. § (4) bek. b) pontja).

Szállító szavatolja a leszállított ortopédiai traumatológiai implantátumok per-, teher- és igénymentességét.

Szállító a jelen szerződés tárgyát képező ortopédiai traumatológiai implantátumok vonatkozásában a tulajdonjogot a teljes vételár hiánytalan kiegyenlítéséig fenntartja.

5) A Szállító jogai és kötelezettségei

Szállító köteles a jelen Szállítói szerződés aláírását követően az ortopédiai traumatológiai implantátumokat a Megrendelő székhelyére hiánytalanul leszállítani.

Szállító kötelezően minimum 6 hónap jótállási időt vállal a leszállított különféle ortopédiai traumatológiai implantátumokra.

A Szállító által esetlegesen a teljesítéshez igénybe vett szakemberek feladatellátásának tekintetében az elvárható tevékenységért, szakmai színvonaláért, megbízhatóságáért mindenkor a Szállító felel. Ebben a tekintetben a Szállító szakembereiért úgy felel, mintha a tevékenységet ő maga végezte volna el.

6) A Megrendelő jogai és kötelezettségei

Megrendelő köteles a Szállító szerződésszerű teljesítését elfogadni és azt a jelen szerződésben meghatározott módon igazolni, továbbá az igazolt teljesítés után járó díjat a Szállítónak megfizetni.

Megrendelő köteles:

- a) Szállító szerződésszerű teljesítését elősegíteni, a Szerződés teljesítéséhez szükséges információkat, dokumentumokat határidőben biztosítani;
- b) biztosítani Szállító szakemberének a munkavégzéséhez szükséges feltételeket;
- c) haladéktalanul értesíteni a Szállítót a Szerződés teljesítése során bekövetkezett vagy valószínűleg bekövetkező, illetve tudomására jutó minden hiányosságról, kárról, illetve a szerződésszerű teljesítést befolyásoló egyéb lényeges körülményről.

A Megrendelő jogosult Szállítónak feladati ellátásával kapcsolatos tevékenységét önállóan vagy kijelölt munkatársai révén ellenőrizni.

7) A minőség ellenőrzése

A szerződés tárgyát képező termékekre vonatkozóan *a használati útmutató szerinti célra való alkalmasság és az igazolt jogszerű forgalomba helyezés.*

Minőségi kifogás esetén a Megrendelő a minőségi vizsgálatot köteles haladéktalanul, de legkésőbb az átvételtől számított 4 munkanapon belül megkezdeni és azt a megvizsgáláshoz szükséges idő alatt folyamatosan, de legkésőbb 15 munkanap alatt elvégezni.

8) A kártérítésre vonatkozó szabályok

A Szállítónak a szállításokat az Ajánlattételi felhívás és dokumentációban, valamint a jelen szerződésben megjelölt módon és tartalommal kell teljesítenie.

Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Szállító neki felróható okból bármely olyan tevékenységgel, amelyre jelen szerződés határidőt szab, késedelembe esik, késedelmi kötbér megfizetésére köteles.

A késedelmi kötbér mértéke a szerződéses nettó ellenérték 0,2 %-a/naptári nap legfeljebb 15 napig, ezt követően a Megrendelő meghiúsulási kötbért érvényesít.

Szállítónak felróható okból fellépő nemteljesítés (meghiúsulás) esetén Megrendelőt a szerződéses nettó ellenérték 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér illeti meg.

A Szállító hibás teljesítés esetén teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik. Hibás teljesítés esetén a hibás teljesítési kötbér mértéke naptári naponként a nettó szerződéses érték 1 %-a, a hiba kijavításának időszakára.

Amennyiben Szállító a meghatározott szállítási véghatáridő vonatkozásában 30 naptári napot meghaladó késedelembe esik, úgy a Megrendelő jogosult a szerződéstől a szerződés teljesítésének meghiúsulására hivatkozva elállni.

Ezen felül a Szállító az ezzel okozott kár megtérítésére is kötelezett.

A Szállító kizárólag akkor mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

Szállító kizárólag akkor mentesül a szerződésszegés következményei alól, ha bizonyítja, hogy kötelezettségeit vis maior miatt nem tudta teljesíteni. A Megrendelőt az akadály beálltáról és megszüntetéséről haladéktalanul, utólag is igazolható módon értesíteni kell.

A Szállító által esetlegesen hibásan vagy szabálytalanul összeállított/benyújtott számla késedelmes kiegyenlítéséből eredő kárért a Megrendelő nem felel, és késedelmi kamat sem terheli a Megrendelőt. A számla benyújtásának hivatalos időpontja a korrigált számla átvételének időpontja, melytől Megrendelő fizetési kötelezettsége fennáll.

A kötbér lejárt követelésnek minősül, a Megrendelő jogosult bármely kötbérkövetelését a Szállító által kiállított számlába beszámítani és azt az esedékes számlából levonni. Ha a számlából történő levonásra nincs lehetőség, vagy a számla összege nem nyújt fedezetet a teljes követelésre, akkor az esedékes összeget a Szállító köteles 10 napon belül a Megrendelőnek átutalni. Amennyiben a Szállító nem egyenlíti ki a kötbértartozását a tárgyhónapot követő hónap 15-éig, a fennmaradó kötbértartozása a következő késedelem/késedelmek összegébe beleszámít.

A Megrendelő érvényesítheti kötbér feletti kárának megtérítésére vonatkozó igényét is. A kötbér érvényesítése nem zárja ki a Ptk. szerződésszegésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását. A kötbért a Megrendelő akkor is követelheti, ha kára nem merült fel.

A Szállító nem kötelezhető kötbérfizetésre, kártérítésre, ill. nem kerülhet sor a szerződés nemteljesítése miatti felmondásra, amennyiben és amilyen mértékben a késedelem, vagy a szerződéses kötelezettségek elmulasztása vis major, vagy egyéb, Szállítón kívül álló okok következménye.

9) A Szerződés megszűnése

A Megrendelő a szerződést a Szállító súlyos szerződésszegése, illetve a következő tényállások valamelyikének bekövetkezése esetén jogosult írásban, azonnali hatállyal felmondani:

- a) ha a Szállító – a Megrendelő erre vonatkozó előzetes, a következményekre történő írásbeli figyelmeztetése ellenére – nem teljesíti bármely más, szerződéses kötelezettségét,
- b) ha a Szállító késedelembe esik és a Megrendelő által írásban adott (vagy elfogadott) póthatáridő eredménytelenül járt le, illetve ha a Szállító a késedelmes teljesítésének esetére kikötött maximális kötbérösszeget elérte;
- c) ha a Szállító a titoktartási kötelezettségét megszegi;
- d) ha a Szállítóval szemben csőd-, felszámolási eljárás indul, illetve végelszámolás alatt áll;

e)

A Megrendelő jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon – ha

a) a Szállítóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

b) a Szállító közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságban, amely nem felel meg a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feltételeknek.

A fentiek szerinti felmondás esetén a Szállító a szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A Szállító kötelezettsége, hogy a szerződés teljesítése során betartsa a Kbt. 128. § (2)-(5) bekezdésében az alvállalkozókra és a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekre meghatározott előírásokat.

10) A Felek együttműködése

A Felek a szerződés tartama alatt minden tekintetben a másik fél érdekeit is szem előtt tartva, a jóhiszeműség és az együttműködés kölcsönös kötelezettségének figyelembevételével járnak el. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelem-felhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így pl. a Szállító értesítési kötelezettsége kiterjed különösen a teljesítés határidejét érintő körülményekre, a teljesítéséhez szükséges anyagok/eszközök beszerzésének akadályaira; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények tekintetében áll fenn.

A Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a Felek a jelen Szerződés megszűnésével kapcsolatban is kötelesek együttműködni. Erre tekintettel a Szerződés megszűnésétől számított 1 (egy) héten belül a Szállító köteles a Megrendelő részére átadni minden, a Szerződés teljesítéséhez a Megrendelő vagy harmadik személy által esetlegesen átadott, rendelkezésre bocsátott dokumentációt és egyéb adatot, anyagot, dolgot, stb.

Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a Megrendelőt haladéktalanul értesíti abban az esetben, ha a jelen Szerződés időtartama alatt végelszámolás alá kerül, valamint ha ellene, illetőleg alvállalkozó ellen csőd-, felszámolási-, illetve végrehajtási eljárás indul.

A Megrendelő által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy:

Név: Moser- Bán Katalin gazdasági osztályvezető

Telefonszám: +36 99514352

Telefaxszám: +36 99514250

E-mail: ban.katalin@sopronigyogykozpont.hu

A Szállító által a Szerződés teljesítése kapcsán kapcsolattartásra kijelölt személy(ek):

Név: Betegh Edina
Telefon: +36 70 330 3785
Telefax: +36 1 391 4569
E-mail: betegh.edina@synthes.com
és

Név: Huszár Péter
Telefon: +36 70 330 3796
Telefax: +36 1 391 4569
E-mail: huszar.peter@synthes.com

Szállítót titoktartási kötelezettség terheli a jelen szerződésben foglaltak, valamint a jelen szerződés mellékletét képező anyagokban foglaltakkal kapcsolatosan. Megrendelő által a Szállító részére a jelen szerződés teljesítése céljából átadott információk, anyagok, dokumentumok szintén titoktartási kötelezettség alá esnek.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy Megrendelő által átadott illetve bármely módon vagy forrásból szerzett Megrendelővel illetve az 2.I. pont szerinti feladat tárgyával kapcsolatos információ (tény, kimutatás, adat, beszámoló) valamint az együttműködés során egymás üzleti tevékenységével kapcsolatosan tudomásukra jutó valamennyi információ (tény, adat, megoldás, stb.) szigorúan bizalmasnak minősül, és ezen információk Szállító által nem hozhatóak harmadik fél tudomására, azok nem használhatók fel, kivéve ha jogszabály megköveteli a feltárást, illetve az információ felhasználását, vagy a Megrendelő írásban hozzájárult ehhez.

Szállító a titoktartási kötelezettség teljesítését az érdekében és képviselőjében eljáró személyek tekintetében is köteles betartatni. A jelen szerződés megszűnését követően a bizalmas információval a Megrendelő rendelkezik, így a Szállító köteles megtenni minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy az együttműködés megszűnését követően a Megrendelő jogai ne sérüljenek és az információk ne kerüljenek illetéktelen személyek birtokába.

Amennyiben Szállító a fenti titoktartási kötelezettségét megszegi, felek azt a jelen szerződés súlyos megszegésének tekintik és Megrendelő jogosult ennek megfelelően eljárni.

Amennyiben a szerződés teljesítése során bármikor a Szállító számára olyan körülmény áll elő, amely akadályozza az időben történő teljesítést, úgy a Szállítónak haladéktalanul írásban kell értesítenie a Megrendelőt a késedelemről, annak várható elhúzódásáról, okairól és köteles kötbérterhes póthatáridőt vállalni, a Megrendelő által meghatározottak szerint.

11) A szerződés módosítása

A Szerződő Felek jelen Szerződést a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvénnyel összhangban, kizárólag a Kbt. 132. §-ban foglalt esetek fennállása esetén módosíthatják. A Szerződés módosítására írásban, közös megegyezéssel kerülhet sor.

A GYEMSZI, mint az Ajánlatkérő középírányító szervezete, az általa irányított egészségügyi intézmények részére összevont, központosított közbeszerzési eljárás kialakítását tervezi. Hivatkozva az 46/2012. (III.25.) Kormányrendeletben foglaltakra az

intézmény szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 228. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vagy arra az esetre rögzített felmondási joggal vállalhat, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítani. *Ennek figyelembe vételével Megrendelő tájékoztatja Szállítót, hogy jelen szerződés szerződéses időszaka – a szerződéskötés napjától számított 12 hónap - csak abban az esetben teljesül maradéktalanul, amennyiben a GYEMSZI által kialakított közös közbeszerzés eredményeként az egészségügyi intézmények igénye kielégítése érdekében lefolytatott eljárás szerződésének hatályba lépése a szerződéskötés napjától számított 12 hónapot, mint befejezési időszakot követően valósul meg.*

Amennyiben a középírányító szervezet a tervezett eljárását a befejezési határidő előtt folytatja le, úgy jelen szerződés a GYEMSZI által lefolytatott közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződés hatálybalépésének napjáig tart.

Ebben az esetben a szerződő felek a szerződésszerű teljesítés utolsó napján pénzügyileg elszámolnak egymással, amennyiben túlfizetés van, azt a nyertes ajánlattevő visszafizeti az Ajánlatkérő részére, illetve amennyiben az Ajánlatkérőnek fizetési hátraléka van, azt az Ajánlatkérő, mint Megrendelő kiegyenlíti.

12) Záró rendelkezések

A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei, a Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb, kapcsolódó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés keretében tett bármely nyilatkozataikat, értesítéseiket postán, faxon, elektronikus úton vagy személyes kézbesítéssel juttatják el egymáshoz. A postai küldemények a megfelelő feladást követően 5 munkanap elteltével minden esetben kézbesítettnek tekintendők.

A Felek esetleges jogvitáikat elsődlegesen 30 napon belül békés úton, tárgyalások útján kívánják rendezni, s csupán akkor fordulnak bírósághoz, ha a tárgyalásos rendezés nem vezetett eredményre.

A közbeszerzési eljárás során keletkezett iratokat, és a szerződés további mellékleteit úgy kell tekinteni, mint amelyek jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, azzal együtt olvasandók és értelmezendők.


A Felek kijelentik, hogy

- kellő felhatalmazással és jogkörrel rendelkeznek a jelen Szerződés aláírására és teljesítésére;
- jelen Szerződés aláírását az erre kijelölt vezető, illetőleg a cég igazgatósága, vagy vezető testülete szabályszerűen engedélyezte, és az megfelel az erre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek;
- a jelen Szerződést a fél nevében aláíró személy megfelelő, a vonatkozó jogszabályok által megkívánt regisztrált aláírási joggal rendelkezik, így részéről a megállapodás aláírása és teljesítése nem eredményezi más, olyan szerződés vagy egyéb jognyilatkozat megszegését, melyben félként szerepel.

Jelen Szerződés mindkét fél által történő aláírásának napján lép hatályba.

Jelen Szerződést a Felek együttes átolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag cégszerűen írták alá. A Szerződés négy (4) eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből egy példány a Szállítóé, három példány a Megrendelőé.

Kelt: Sopron, 2013. december hó 4. napján


.....
Soproni Erzsébet Oktató
Kórház és Rehabilitációs Intézet

Megrendelő

főigazgató gazdasági igazgató


SYNTHES Medical Kft.
1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. X. em.
Közösségi adószám: HU 12559219
Adószám: 12569219-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-692563
T/B: 16300000-04007332-90006404

.....
Dr. Kassai Zoltán
Synthes Medical Kft.

Szállító

ügyvezető

Szerződés alapját képező dokumentumok (mellékletek):

- 1.sz. Ajánlattételi felhívás
- 2.sz. Ajánlattételi dokumentáció (melynek része a műszaki specifikáció)
- 3.sz. A nyertes ajánlat
- 3.a. sz. Nyertes ajánlat részletes termékárai

3.a. számú melléklet

II. rész:

Termék	Termék leírás	Műtési szám/év (db)	Nettó egység ár (Ft/db)	Nettó érték (Ft)
Elasztikus velőürszeg TEN	Az elasztikus titán szeg (TEN) alapelve a metaphysisbe vezetett két elasztikus szeg szimmetrikus kifesztettségén nyugszik amely minimál invazív beavatkozást követően széleskörű (Felkar, Alkar, Combcsont, Lábszár, Kulcsont,) alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. - A szegek a csontban három ponton támaszkodjanak fel és ennek köszönhetően négy biomechanikai elvárásnak tegyenek eleget: hajlékonyság, axiális stabilitás, keresztirányú és rotációs stabilitás. - A velőürszegezés a gyermekkorú dia- és metaphysis törések primer kezelésére , illetve felnőtteknél felkar- és alkarsegezésre, valamint claviculatörések ellátására adjon módot. -Az indikációt életkor, töréstípus és töréshely szerint együttesen kell mérlegelni. -Anyaga titánötvözet. -A beültetéshez szükséges speciális műszerkészlet, kézi eszköz kihelyezés biztosított legyen .- Legyen minimál invazív behelyezési lehetőséggel, amely nem károsítja a csontthártyát és a növekedési porcot, legyen mozgás stabil, és biztosítson korai terhelést ,valamint gipszrögzítés nélkül legyen alkalmazható. - Teljes méretsorban legyen elérhető(1.5-4.0 mm átmérőjű, 300, illetve 440 mm hosszú), amely szinkódolással legyen megkülönböztethető, széleskörű alkalmazást tesz lehetővé, a műtéttechnika gyors és egyszerű. -Legyen elérhető a szeg végére felhelyezhető záró sapka amely axiális stabilitást ad, illetve védjen a kicsúszás ellen valamint védje a lágyrészeket, illetve tegye lehetővé a szeg könnyed és egyszerű eltávolítását	25	17 244	431 100
UTN	A velőürszeg álljon rendelkezésre tömör változatban Orvosi Acél alapanyagból .A tömör változatban legyen elérhető 8-9mm-es átmérőben, illetve ezen átmérőkön belül 255-420 mm hosszban 15 mm-es ugrásokkal.A velőürszeg legyen anatómiaiilag meghajlított hasáb formájú , ami segítse a szeg velőürszegbe való behelyezését.A velőürszeg proximális (térdközeli) vége négy irányból, három csavarbehelyezési reteszelvelettel lehetőséggel legyen, amely reteszelvelet lehetőséggel megoldást ad az AO beosztás szerinti 42-A , 42-C, Gustilo beosztás szerinti I. – től III A-ig valamint III.B,III.C típusú nyílt törések kezelésére.A velőürszeg proximális reteszelveletek legyen lehetőséggel a szeg dinamizálására amely mértéke maximum 8mm legyen, amely lehetőséget adhasson a szártörések dinamizálására.A velőürszeg Distális (boka ízület közeli) reteszelvelet három irányból három csavarbehelyezési lehetőséggel adjon megoldást az AO beosztás szerinti 42-A , 42-C, Gustilo beosztás szerinti I. – től III A-ig valamint III.B,III.C típusú nyílt törések kezelésére.A proximális reteszelvelet négy irányból történő csavarbehelyezéskor használt reteszcsavarok legyenek 3.9mm-es csavarok,melyek hossza legyen elérhető 20-80mm-ig 5mm-es ugrásokkal. Ezen reteszcsavarok behelyezése proximális célzó segítségével történjen , valamint a legproximálisabb reteszcsavar zárókupak segítségével legyen axiális irányból is reteszelvelet.A Distális reteszelvelet 3.9 mm-es átmérőjű reteszcsavarral legyen megoldható, mely reteszcsavar legyen 20-80-ig elérhető 5mm-es ugrásokkal.Ezen velőürszeg behelyezésére illetve kivételére álljon rendelkezésre behelyező készlet, mint a velőürszeg megnyitáshoz, mint a szeg bevezetéséhez, mint a proximális csavarok célzásához,behelyezéséhez, mint a szeg dinamizálásához, mint a distális csavarok behelyezéséhez, mint a zárókupak behelyezéséhez, mint a velőürszeg eltávolításához.	5	53 946	269 730
(Large) Lemezek	(Large frag) Condylus támasztó lemez (Distal Femur), és proximál tibia	2	138 958	277 916
	Anatómiaiilag hajlított, az ízülethez közel alacsony profilú lemez, lágyrészbát. Lehetővé teszi a szögletstabil rögzítést a laterális oldalról mindkét condylusnak. A szélesebb indikáció miatt a szárban minimálisan 5 maximálisan 13 furat érhető el. A lemez a proximális részén lapított (a submusculáris csúsztatás miatt); minimal invasive (LISS invasive) módon is behelyezhető, melyet speciálisan kiképzett karbon célzókar segít feleslegessé téve a hosszú bőrmetszést.Distális részén néhány kisebb furattal is rendelkezik a temporer rögzítéshez. Elérhető jobbos és balos változatban.Anyaga titan ötvözet. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 4.5mm-es cortikális és spongióza és önvágó stardrive 5.0mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 5.0mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között.- A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésére az előfúrás pontos irányának meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomaték szabályozó stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa az egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- valamint egy speciális carbon röntgenáteresztő kart, melyen keresztül a szögstabil csavarok helyezhetők be , illetve eme kar segíti elő a			

21

	minimál invazív lemezbeültetést. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.			
	(Large frag) L- támasztó lemez:	5	149 363	746 815
	Az anatómiai formázott, titán, szögstabil furattal a fejen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely támasztólemez optimális megoldást jelentsen az ízületbe hatoló darabos törések és a romzónák stabilizálásában. - A stabilitás fokozása érdekében tegye lehetővé a tibiacondylus mediális és laterális megtámasztását illetve a tibiaplateau alátámasztását. - Az elvékonyodó lemezprofil minimalizálja a lágyrészek irritációját. - 3,5 mm-es formátumban jobbos, balos kivitelben teljes méret szortimenttel (4 lyukkal a fejrészen és 4-16 lyuk a száron) álljon rendelkezésre. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatek szabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.			
	(Large frag) Laterális tibia fej lemez:	3	138 958	416 874
	Előhajlított jobbos vagy balos, külső oldali (laterális) titán lemez, amely speciális röntgenáteresztő célzókkal ún. csúsztatva kerül behelyezve, kímélve ezzel a törési romzónát, ill. feleslegessé téve a hosszú bõrmetszést. A lemezek pontosan követik a csontok anatómiáját, különféle (5-7-9-11-13) lyukszámmal elérhetőek. Elérhető jobbos és balos változatban. Anyaga titán ötvözet. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 4.5mm-es cortikális és spongióza és önvágó stardrive 5.0mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 5.0mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatek szabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - valamint egy speciális carbon röntgenáteresztő kart, melyen keresztül a szögstabil csavarok helyezhetők be, illetve eme kar segíti elő a minimál invazív lemezbeültetést. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.			
Disztális tibia lemezek	Az anatómiai előre formázott, titán, jobbos és balos lehetőséggel bíró, szögstabil furattal a fej részen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely alkalmas a mediális tibia stabil megtámasztására. A distalisan bevezethető rögzített szögállású legyen, amely megtámasztja az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújt az ízületben hatoló darabos töréseknél, valamint osteoporotikus csontban is. - Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját. - A lemez 4 -14 furatig jobbos, balos kivitelben legyen elérhető melynek fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavar vagy ezek kombinációja szükséges, amely teljes szortimentben legyen elérhető, - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben. - Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfúrás pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatek szabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.	3	156 923	470 769
Disztális radius lemez, (VA TCP)	Anatómiai előre hajlított legyen, fragment specifikus töréskezelést és az ízületbe hatoló romos töréskezelést biztosító variabilis szögállású, szögstabil rendszer legyen. Az ízülethez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez legyen, mely a radius distális vég szögstabil rögzítését tegye lehetővé, poliaxialis	10		

	kiképzésű önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal, az önvágó 2,4 mm-es szögstabil csavarokkal és igény esetén a 2,4 mm-es hagyományos önvágó kortikális csavarokkal, melyek teljes szortimentben legyenek elérhetőek. A lemez és a szögstabil csavarok között kúpos menetkapcsolat jöjjön létre. A poliaxialis csavarok 15° mozgást engedményezzenek minden irányban. A poliaxialis szögstabil csavarok négy oldalon feküdjenek fel a lemez a variábilis lyukán, ezáltal megkönnyítik és lehetővé teszik a csavarok többszöri ki és behelyezését valamint megtartják a max. 15°-os csavarbehelyezéskor a szögstabil állapotot. Anyaga titán jobbos, balos kivitelben, a fejrészen 6-7 variábilis lyukkal, a szárrészen 2-3-4-5 kombi lyukkal legyen elérhető. A beültető készlet tartalmazzon egy univerzális fűróvezetőt amely lehetővé tegye a variábilis és a fix szögletű csavarok előfűrészt, segítsen a pontos célzásban és a csavarszár-szög (irányonkénti max. 15°) meghatározásában valamint legyen alkalmas a csonton lévő lemez pozicionálásában, elemelésében. A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3,0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.		96 892	968 920
Disztális radius lemez, (VCP)	Az anatómiaiailag előre formázott, titán, jobbos és balos lehetőséggel bíró, szögstabil furattal a fej részen és kombi lyukkal a szár részen legyen elérhető, amely alkalmas a mediális tibia stabil megtámasztására. A distalisán bevezethető rögzített szögállású legyen, amely megtámasztja az ízületi felszínt és biztos stabilizálást nyújt az ízületben hatoló darabos töréseknél, valamint osteoporotikus csontban is. - Az elvékonyított lemezprofil tegye lehetővé a minimál invazív alkalmazást, minimalizálja a lágyrészek irritációját. - A lemez 4 -14 furatig jobbos, balos kivitelben legyen elérhető melynek fixációjához önvágó 3.5mm-es kortikális és önvágó stardrive 3.5 mm-es szögstabil reteszcsavar vagy ezek kombinációja szükséges, amely teljes szortimentben legyen elérhető, - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben. - Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfűrészt pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3,0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet	10	66 634	666 340
LCP Olecranon lemez 3.5 mm	Anatómiaiailag előrehajlított, az ízületekhez közel lapított, ún. alacsony profilú lemez, mely az ulna proximális vég szögletstabil rögzítését teszi lehetővé szögstabil csavarok behelyezésével, illetve lehetőséget ad kortikális csavarok behelyezésére is. A proximális részen található csavarok egymáshoz viszonyított helyzete lehetővé teszi, hogy a súlyos romzónával járó ízületbe hatoló törések után is megfelelő rögzítést biztosítson a rendszer. Ezen furatok pontos célzását egy ún. célzó blokk segíti. Fej részén menetes kerek furatok találhatók, száron ovális kombi furatok – 2-től 12 furatig. Ezenkívül a fej részen Kirschner drót befogadására alkalmas kerek furatok is találhatók segítve a temporer rögzítést. A lemez a száron három helyen is kikönnnyített, mely az operáció közbeni pontos anatómiai modellálást segíti elő. Létezik jobbos és balos változata is. A lemez distális részén speciálisan elvékonyított, mely a submuscularis behelyezést biztosítja. ún. kombi lyukakkal rendelkezik, ezáltal 3.5 mm-es szögletstabil és 3.5 mm-es hagyományos kortikális csavarok is alkalmazhatók. - A lemez fixációjához stardrive önvágó 3.5mm-es kortikális és önvágó stardrive 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel álljanak rendelkezésre. - valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben. - Kúpos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között. - A beültető készlet tartalmazzon lemez fej részébe és a lemez szárába a szögstabil csavar behelyezésre az előfűrészt pontos irányának a meghatározására menetes véggel bíró célzót. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3,0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. A lemez anyaga titánium ötvözet.	4	130 183	520 732
Felkar distális töréseinek stabilizációja, mediális és	Az anatómiaiailag előre formázott titán szögstabil furattal bíró a fej-, kombi furattal bíró a szár részen támasztó mediális és dorsalis lemez(ek). - A lemezek végei, el kell, hogy vékonyodjon, hogy minimalizálja a lágyrészek irritációját. - Ez a lemezes technika tökéletes rögzítési opciót biztosítson az ízületbe hatoló romos, darabos törések kezelésére. - A lemez a rovátkáknál, bemetszéseknél még plusz	4		

dorsalis lemez	legalább 4 °-os hajlítási lehetőséget kell hogy biztosítson a még jobb modellálás végett.- A 3,5 mm-es formátumban 3-5-7-9 és 14 furattal, a lemez szárán lévő fixációjához önmetsző 3.5mm-es cortikális és önmetsző stardrive 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyenek elérhetőek. - A 3,5 mm-es formátum fej (distális) részében, ahol a dorsalis oldali megtámasztás is szükséges egy „fül” segítségével 2,4/2,7 mm-es önmetsző stardrive szögstabil reteszcsavarok teljes szortimentben legyenek elérhetőek.- valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között-A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése mentes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást- A beültető készlet tartalmazzon egy speciális célzóblock-ot a fej részen lévő furatok célzására, ami segít a pontos célzásban és a csavarszár -szög meghatározásában.- A beültető készlet tartalmazzon egy a kondylusokat ideiglenesen összetartó speciális komprimáló eszközt. - A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.		136 269	545 076
Kanülált kompressziós csavarok, minimál invazív behelyezés (HCS)	A fej nélküli kompressziós csavar egyaránt alkalmas scaphoid, patella, capitellum, carpal, metacarpal, tarsal és metatarsal törésekre, intrarticularis törésekre, valamint osteotomiákra.A csavar kannülált, így lehetővé teszi a vezető dróttal történő minimal invasive behelyezést. A fej és száron lévő menetek egyforma menetmagasságúak, így érve el behelyezéskor - a speciális behelyező eszközzel - a kontrollált kompressziót, mely abszolút stabilitást adva biztosítja a csont gyógyulását. Mivel a csavarnak nincs feje, így teljesen belesüllyeszthető a csontba, nem okozva további lágyrész irritációt. A 3.0mm-es, rövid mentes, titán csavarok 16-30mm méret szortimenttel, míg a hosszú mentes titán csavarok 16-30mm méret szortimenttel álljon rendelkezésre. Mindezek igény esetén elérhetőek acél változatban is.	4	29 367	117 468
Proximális felkar töréshez lemez	Az anatómiai előre formázott titán szögstabil lemez - Legyen szögstabil furata a fejrészen és kombifurata a szár részen: amely diszlokálódott 2, 3 darabos törések és 4 darabos romos törések fixációját is képes biztosítani.-Osteoporotikus csontban is tökéletes stabilitást adjon. - Az anatómiai előre formázott titán szögstabil lemez a proximál humerus törésektől a komplex törésekig alkalmazható a kilenc proximális csavar lyuknak köszönhetően.- A lemez fejében lévő csavarok konvergáló és divergáló iránya tökéletes stabilitást adjon. - A lemez fixációjához önvágó 3.5mm-es cortikális és önvágó stardrive 3.5mm-es szögstabil reteszcsavarok vagy azok variációi teljes méret szortimenttel legyen elérhető. (szögstabil reteszcsavar: 26 – 60 mm hosszú; cortikális csavar: 24- 36 mm hosszú)- valamint igény esetén 3.7mm-es önvágó dinamikus szögstabil csavar is elérhető legyen teljes szortimentben.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között- A lemez 3-5 kombilyukkal rendelkezzen a száron, valamint hosszú 6-8-10-12 kombilyukkal a száron változatban is elérhető legyen.- A lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés célzó blokkal vagy mentes véggel bíró célzóval legyen megoldható.- Kupos menetkapcsolat legyen a szögstabilcsavar feje és a lemez szögstabil lyuka között-A beültető készlet tartalmazzon a lemez fej részébe a szögstabil csavarbehelyezés és a lemez szárába a szögstabil csavarbehelyezése mentes véggel bíró célzóval legyen megoldható. - A beültető készlet tartalmazzon még a szögstabil csavarok becsavarásához egy nyomatékszabályozós stardrive fejjel bíró csavarhúzó, ami megakadályozza a szögstabil csavarok túlhúzását és biztosítsa ez egyenletes szögstabil csavar behelyezést, illetve szükség esetén elősegíti a könnyű és gyors fémeltávolítást.- A rendszer tartozéka a galvanizálódás elkerülése végett egy titánium anyagú Kirschner drót több átmérőben (0,6-3.0mm) és több hosszban álljon rendelkezésre. Anyaga titánium ötvözet.	4	124 783	499 132
II.rész: Nettó érték mindösszesen (Ft)			5 930 872	


SYNTHE Medical Kft.
 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8-14. V. em.
 Közfoglalkoztatás
 Adószám: HU/12559219
 Cégjegyzékszám: 01-09-692563
 T/B: 15300000-04007332-90006401